



DL-A 大电流导线

说明书

使用产品之前，请仔细阅读本说明书！

武汉优利克电力设备有限公司
Wuhan Ulke Power Equipment Co.,Ltd.

第一章：产品介绍

DL-A 大电流导线主要用作电流互感器检定时穿心导线，也可在其它大电流实验中使用。

DL-A 大电流导线由导线和接线端两部分组成，铜焊联接，导线芯用多股铜丝绕制，每股直径为 0.1mm；表皮为锦纶编织的绝缘保护套，其中 10-50A 为单层，100-3000A 为双层。导线的长度和接线端的形式可按用户要求加工。具有外形美观、安全可靠、质地柔软、耐磨耐高温等特点。其大电流实验导线电流密度为 5A 每平方毫米，额定电压为 660V。

第二章：主要特点

具有做工精细、外形美观、安全可靠、质地柔软、耐磨耐高温等特点。

第三章：技术参数

额定电流 (A)	100	200	250	500	800	1000	1500	2000	2500	3000
截面积 (mm ²)	20	40	50	100	160	200	300	400	500	600

优利克电力 • 精准测量

武汉优利克电力设备有限公司

Wuhan Ulke Power Equipment Co.,Ltd.

技术咨询：027-87999528, 158 2737 2208

E-mail: 617030669@qq.com QQ: 617030669

公司官网: www.whulke.com

公司地址: 武汉东湖高新技术开发区 33 号光谷芯中心文昇楼三单元 407